

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90763/2024 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP

Avisos (4)	Impugnações (1)	Esclarecimentos (5)
22/03/2024 10:27		<p>Bom Dia, Senhor Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio.</p> <p>Por favor, referente ao item 63 descrito abaixo, gostaria de saber: poderiam, por gentileza, fornecer marca de referência para o item? Pois ficamos com dúvida referente ao quesito TRILAMINADO já que alguns órgãos públicos consideram trilaminado como sendo três camadas de sms qual seja, (Spunbond + meltblown + Spunbond), esse seria o caso da Prefeitura de Bauru?? Permaneço a disposição. Obrigada.</p> <p>Att. Daiane Ceccatto Cirúrgica União Ltda.</p> <p>Prezada Sra. Daiane Bom Dia,</p> <p>Informamos que não há marca de referência e que o material apresentado deverá possuir as características indicadas no descritivo informado no termo de referência anexo do edital, sendo que a análise do mesmo será realizada pela equipe técnica em momento oportuno.</p> <p>At.te., Renato Vinícios Aquino</p>
21/03/2024 18:41		<p>Prezado Sr. Pregoeiro Renato boa tarde,</p> <p>Venho através deste solicitar esclarecimento quanto ao material cotado abaixo. Itens 10 e 11 na plataforma Comprasnet do PE N° 90763/2024, PROCESSO N° 130.120/2023, UASG: 986219</p> <p>Descrição edital Item 10 - Aerocâmara para Adm. de Aerosóis Inalatórios; para Administração de Medicamentos Inalatórios, Composto de Um Espaçador e Um Bocal; Tamanho Adulto, Universal, Não Esteril; Material Transparente e Inquebrável; Devera Estar de Acordo Com a Rdc 185 Da Anvisa e Ter Registro No M.s.</p> <p>Item 11 - Aerocâmara para Adm. de Aerosóis Inalatórios; para Administração de Medicamentos Inalatórios, composto de Máscara Bivalvulada, adaptador; para Pacientes Até 08 Anos; Máscara Em Material Flexível, adaptador Em Material Transparente, inquebrável; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade Do produto.</p> <p>Descrição Relação de Itens Item 10 - Aplicador Uso: Aerocâmara Retrátil, Aplicação: Conexão Universal Para Traquéias Respirador, Tipo: Pequeno Espaço Morto, Características Adicionais: Descartável, Estéril, Embalagem Individual</p> <p>Item 11 - Aplicador Uso: Aerocâmara Retrátil, Aplicação: Conexão Universal Para Traquéias Respirador, Tipo: Pequeno Espaço Morto, Características Adicionais: Descartável, Estéril, Embalagem Individual</p> <p>Descrição Portal Item 10 - Aplicador Uso: Aerocâmara Retrátil, Aplicação: Conexão Universal Para Traquéias Respirador, Tipo: Pequeno Espaço Morto, Características Adicionais: Descartável, Estéril, Embalagem Individual</p> <p>Item 11 - Aplicador Uso: Aerocâmara Retrátil, Aplicação: Conexão Universal Para Traquéias Respirador, Tipo: Pequeno Espaço Morto, Características Adicionais: Descartável, Estéril, Embalagem Individual</p> <p>Como podem ver acima e no meu conhecimento tratam-se de materiais distintos. Trabalhamos com os espaçadores Maxx Chamber para uso neonato de 0 até 2 anos, infantil/adulto a partir de 2 anos com máscara M. O mesmo no modelo Adulto com máscara G, ambos tendo como diferencial o encaixe para traqueostomia. O mesmo está presente em diversas prefeituras e hospitais em todo Brasil. Gostaria de saber qual descritivo devemos considerar? E se o material em anexo atende a tal descritivo.</p> <p>Atenciosamente</p> <p>Luciana Oliveira RSMed</p> <p>Prezada Sra. Luciana Boa Tarde,</p> <p>Conforme consta em edital no anexo I página 44: "Caso haja divergência no descritivo das especificações dos ITENS do Edital com o descritivo da sistema Compras Gov, prevalecerão as especificações conforme Anexo I, do Edital.", sendo assim, prevalece o descritivo informado no item 1 do anexo I do edital. Devendo o material apresentado atender as especificações indicadas no edital pela área técnica.</p> <p>At.te., Renato Vinícios Aquino</p>
21/03/2024 18:00		<p>Prezados(a) boa tarde!</p> <p>Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao item 47, conforme abaixo: onde menciona ponta de tungstênio. Podemos cotar a FREKA TUBE FR12, onde apresenta ponta em ogiva em poliuretano, flexível, opaca ao raio x, no qual minimiza o trauma da passagem da sonda, proporcionando assim um melhor conforto para o paciente.</p> <p>Atenciosamente / Kind regards / Freundliche Grüße, Lorena Mendonça Maciel Analista de Licitações</p>

Licitacoes
Fresenius Kabi Brasil

Prezados Boa Tarde,

O material a ser apresentado deverá possuir as especificações indicadas no descritivo do edital, conforme solicitação da área técnica.

At.te.,
Renato Vinicios Aquino

19/03/2024 17:08

Bom dia Prezados,

Com intuito de participarmos do Pregão Eletrônico 90763/2024, solicitamos esclarecimento quanto ao que se pede no edital:

14.27.5. Posteriormente, os mesmos documentos apresentados no Sistema compras.gov.br deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a). O endereço para entrega do original ou cópia autenticada é o seguinte:

Diante do exposto, gostaríamos de questionar se para cumprimento do item 14.27.5, serão suficientes os documentos via e-mail ou portal, sendo que possuímos assinaturas eletrônicas e certificadas, que podem ser verificados sua autenticidade, sendo dispensado o envio dos originais?

Em caso de obrigatoriedade do envio físico dos documentos, gostaríamos de questionar se para o cumprimento do prazo, o envio do código de postagem no tempo citado no Edital será aceito?

Aguardamos a orientação e desde logo agradecemos a disponibilidade!

Atenciosamente,
Departamento de Licitação
Plena Distribuidora

Prezados Boa Tarde,

Segue o que consta em edital:

“14.27.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da legislação vigente, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.“

At.te.,
Renato Vinicios Aquino

18/03/2024 15:07

Olá, bom dia!

Gostaríamos de confirmar se o valor máximo para o item 76 é de R\$ 78,2450; em caso afirmativo, solicitamos revisão do preço estimado uma vez que está muito abaixo do que pode ser praticado atualmente.

Contamos com vossa compreensão e retorno.

TECNOPRINT IMPRESSOS TÉCNICOS LTDA.
20 ANOS FABRICANDO QUALIDADE!
Telefone: (11) 5016-5992 / 5012-3771 / 5016-2940 / 5011-2642
Endereço: Rua Cocais, 300 - Jd Oriental - CEP: 04347-170 - São Paulo / SP

Boa tarde,

Prezado, o preço foi elaborado de acordo com a orientação do STJ, portanto, não iremos reajustar o valor do item 76. Para apuração do valor médio utilizamos o Manual de Orientação de Pesquisa de Preços 2021 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, disponível em: <<https://www.stj.jus.br/publicacaoainstitucional/index.php/MOP/article/view/11587/11711>>, bem como a previsão contida no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). O Manual do STJ prevê no item XXVI, que um dos parâmetros passíveis de serem utilizados para definir quando utilizar a média ou a mediana é fazer uso da medida de dispensação denominada COEFICIENTE DE VARIAÇÃO. O coeficiente de variação fornece a oscilação dos dados obtidos em relação a média. Quanto menor for o seu valor, mais homogêneos serão os dados. O coeficiente de variação é considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 25%, sendo neste caso indicada a média como critério de definição do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a presença de valores extremos afetando a média, situação em que se recomenda o uso da mediana como critério de definição do preço médio. Após a apuração dos preços de mercado nos ITENS XXXXX foi utilizada a MEDIANA.